

# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2024〕63号

重庆大学附属涪陵医院：

你单位报送的重庆大学附属涪陵医院新城区医院（DSA装置部分）（项目代码：2017-500102-83-01-007021）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆朕尔医学研究院有限公司（统一社会信用代码：91500103MA5U53FM41）编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目选址于重庆市涪陵区高新区聚业大道32号，在医院高新区院区住院楼4层东南侧新建1间介入室及其设备间、控制室等辅助用房，配置1台单管头DSA（Ⅱ类射线装置，额定电压为125kV，额定电流为1000mA），开展血管造影介入手术工作。项目总建筑面积约230m<sup>2</sup>。项目总投资约820万元，其中环保投资约40万元。

三、你单位应严格遵守国家有关法规标准要求，有效控制项

目对环境的电离辐射影响，确保附加给工作人员、公众的年有效剂量分别控制在 5mSv、0.1mSv 内；DSA 机房屏蔽体外 30cm 处，在透视条件下检测时，周围剂量当量率不大于  $2.5\mu\text{Sv}/\text{h}$ 。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

(一) 机房的辐射防护屏蔽应满足辐射防护安全要求，并符合最优化原则；合理设置通风装置，保证机房内良好的空气，且所有进出风口、穿墙管道等处均应采取相应的防射线泄漏措施。

(二) 按有关规定对放射工作进行管理与控制，设置明显的电离辐射标志、中文警示说明和工作信号指示器，落实防止误操作、避免工作人员和公众受意外照射的安全措施，采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理。

(三) 项目运营中产生的废水、固体废物等污染物按有关规定处理，并达标排放，医疗废物等应交由有资质的单位处理。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过 5 年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目投入运行前，应依据有关规定重新办理辐射安全

许可证，不得无证运行或不按证运行。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满 5 个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收相关信息。

六、建设项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和涪陵区生态环境局的环保日常监管。按照属地负责的原则，涪陵区生态环境局作为建设项目事中事后监管的主要责任部门。你单位应在收到本批准书后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送涪陵区生态环境局。

重庆市生态环境局

2024 年 9 月 10 日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市辐射环境监督管理站，涪陵区生态环境局，市生态环境工程评估中心，重庆朕尔医学研究院有限公司。